



Technische Daten Windkanal

Windkanal	
Hersteller	Ingenieurbüro Lippold
Bauart	Freistrah (Eiffel)
Freistrahquerschnitt	0,45 m x 0,45 m
Maximalgeschwindigkeit	25 m/s
Kontraktion der Düse	1 : 4
Beruhigungskammer Querschnitt	0,90 m x 0,90 m
Einbauten:	
Sieb 1x	51 % freie Fläche
Gleichrichter	6 mm Durchmesser, 60 mm Tiefe
Sieb 1x	57 % freie Fläche